

UPIT GOSPODARSKOG SUBJEKTA:

Kako bi se omogućila ravnopravna tržišna utakmica te nuđenje uređaja koji je jednakih ili boljih tehničkih karakteristika; sukladno Pozivu za dostavu ponuda te tehničkoj specifikaciji za grupu 2. Uređaj za mjerjenje udjela kisika, dušika i ugljikovog dioksida u pakiranoj hrani, predlažemo izmjenu koja neće utjecati na performanse i stvarne specifikacije uređaja:

stavka 1. Tehničkih specifikacija "Manje dimenzije kućišta (maks 200 (L) x 90 (W) x 50 (D) mm); maks težina: do 400g; Touch Screen Display u boji (3.0" ili veći)"

izmijeniti u:

"Manje dimenzije kućišta (maks 200 (L) x 320 (W) x 220 (D) mm); maks težina: do 700g; Touch Screen Display u boji (3.0" ili veći)".

Na taj način će se omogućiti nuđenje uređaja ne samo preferabilnom dobavljaču te će korisnik imati mogućnost rada i manipulacije uređajem na način koji preferira; bilo da je riječ o analizi dok je uređaj polegnut na stolu ili u ruci.

ODGOVOR:

Ne prihvata se zahtjev gospodarskog subjekta za izmjenom tehničkih specifikacija. Potreban je uređaj koji će mjeriti plinove u uzorcima na terenu, s toga treba biti manjih dimenzija i lagan.